



NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYÓGYSZERÉSZETI KÖZPONT
Mikrobiológiai Referencia Laboratóriumi Főosztály

Mikrobiológiai Jártassági Körvizsgálat 2025/II

Mikológiai szerológia

***Aspergillus* antigén (Galactomannan) kimutatás**

Elvárt eredmény:

Minta száma	Eredmény (OD Index)	Interpretáció	Megjegyzés
2509-1	< 0,5	negatív	
2509-2	$0,5 < x < 1,5$	Pozítív	

Használt diagnosztikum: *Aspergillus* Platella Ag EIA

Gyártó: Blo-Rad

0,5 < OD Index : Pozítív


.....
Darvas Eszter
biomémök




.....
Dr. Damjanova Ivelina
osztályvezető