

OENO:	31822
Protokoll (OENO megnevezés):	Patella, axiális felvétel
Indikáció:	A térdkalácscsont állapotának megítélése.
Blende határok:	Felső széle a lábszár proximális harmada, alsó és oldalsó széle a lágyrészhatárok.
Anatómiai képletek:	patella, PF rész
Képméret:	13x18 cm
FFT:	100 cm
Centrális sugár:	A PF résen halad át, merőleges a kazetta síkjára, esetleg 5 fokos caudo-cranialis döntés.
Beállítás (beteg elhelyezése):	A beteg hason fekszik, térdízületét behajlítja úgy, hogy a patella síkja az asztal síkjára merőleges legyen (a behajlításban segíthet a boka köré hurkolt géz). A kazettát (detektort) a behajlított térd alá tesszük, középre a PF rész szintjére esik.
Felvételi követelmény:	A patella tangenciálisan látszódjék. A PF rész egésze áttekinthető legyen és a condylusokkal együtt jól ábrázolódjon.
Megjegyzés:	Oldaljelzés, gonádvédelem.